

土壤过氧化物酶(S-POD)活性检测试剂盒

Soil Peroxidase Assay Kit

微量法

货号：AK171

规格：100T/96S

产品组成及保存条件：

编号	规格	储存条件
AK171-A	粉剂×1 瓶	4℃保存；临用前每瓶加入 10mL 蒸馏水，用不完的试剂 4℃可保存两周；
AK171-B	2mL×1 瓶	4℃保存；
AK171-C	5mL×1 瓶	4℃保存；
AK171-D	50ml	乙醚（自备），4℃保存。
AK171-标准品 (2mg/ml)	1mL×1	4℃保存

※ 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

简介：

意义：土壤过氧化物酶（Solid Peroxidase, S-POD）主要来源于土壤微生物，能够氧化土壤有机物质产生过氧化物，在腐殖质的形成过程中具有重要作用。

原理：S-POD 催化有机物质氧化成醌，后者在 430nm 有特征光吸收。

自备用品：

可见分光光度计/酶标仪、台式离心机、水浴锅、可调式移液器、微量玻璃比色皿/96 孔板、乙醚 100mL（不允许快递）、研钵、冰和蒸馏水。

样本处理：

新鲜土样自然风干或 37℃烘箱风干，过 30-50 目筛。

测定步骤：

1. 分光光度计或酶标仪预热 30 min，调节波长到 430nm，蒸馏水调零。
2. 标准品制备：用 0.5mol/L HCl 溶液将标准品稀释至 0.2、0.15、0.1、0.05、0.025、0mg/ml 备用。
3. 标曲测定：取 200ul 稀释好的标准品于微量玻璃比色皿/96 孔板中，在 430nm 处测定吸光值，即为 A 标准（标曲只需做 1-2 次）。
4. 在 EP 管中加入下列试剂：

试剂名称	测定管
风干土样 (g)	0.03
AK171-A (μL)	100
AK171-B (μL)	20
振荡混匀，30℃恒温培养 1 h	
AK171-C (μL)	50
AK171-D (μL)	430
振荡数次室温静置 30min，用蒸馏水调零，取 200ul 上层液于 430nm 处测定吸光值 A。	

注：1、因乙醚粘度小，易掉液，吸取前需先将枪头在上层液里润洗 2~3 次，再转移测定；

2、乙醚易挥发，转移到比色皿后立即测定，最好一个一个测定

S-POD 活力计算：

建立标准曲线：以各标准溶液浓度为 x 轴 (mg/ml) , 以 A 标准为 y 轴做标准曲线，得到方程
 $y=kx+b$; 将 A 测定带入方程求 x 值。

单位的定义：每天每 g 土样中产生 1mg 紫色没食子素定义为一个酶活力单位。

S-POD 活力 (U/g 土样) = $x \times V_{\text{反总}} \div W \div T = 720x$

注： T: 反应时间, 1h=1/24d; V_{反总}: 反应体系总体积 0.6mL; W: 样本质量, 0.02g。