



微信公众号

 400-901-9800

 sales@bioss.com.cn

 techsupport@bioss.com.cn

葡萄糖脱氢酶活性检测试剂盒

GCDH Assay Kit

分光光度法
产品编号: AK394U

产品规格: 50T/48S

产品组成及保存条件:

编号	规格	储存条件
ES394	50 mL×1 瓶	4℃保存
AK394-A	50 mL×1 瓶	4℃保存
AK394-B	粉剂×1 瓶	-20℃保存

※ 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

简介:

意义: 葡萄糖脱氢酶 (Glucose dehydrogenase, GCDH, EC 1.1.1.47) 催化 D-葡萄糖和 NAD (P) 生成 D-葡萄糖酸和 NAD (P) H, GCDH 大量存在于高等动物的肝脏和弱氧化醋杆菌中。在低聚果糖生产中使用 GCDH, 不仅能去除低聚果糖中的葡萄糖提高低聚果糖的含量, 而且生成的葡萄糖酸与钙离子结合生成的葡萄糖酸钙是一种理想的补钙制剂。因而, GCDH 已成为制备高含量低聚果糖的理想用酶。

原理: GCDH 催化 D-葡萄糖和 NAD 生成 D-葡萄糖酸和 NADH, 在 340nm 下测定 NADH 上升速率, 即可反映 GCDH 活性。

自备用品:

紫外分光光度计、台式离心机、可调式移液器、1ml 石英比色皿、研钵、冰和蒸馏水。

样本处理:

- 组织的前处理:按照组织质量(g):ES394 体积 (mL) 为 1:5~10 的比例(建议称取约 0.1g 组织, 加入 1mL ES394), 进行冰浴匀浆, 8000g 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。
- 细菌或培养细胞的前处理:先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 按照细菌或细胞数量 (10⁴ 个) : ES394 体积 (mL) 为 500~1000: 1 的比例 (建议 500 万细菌或细胞加入 1mL ES394), 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 20% 或 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 8000g 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。
- 血清 (浆) 样品: 直接检测。

测定步骤:

- 分光光度计或酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 340nm, 蒸馏水调零;
- 工作液的配制: 临用前将 AK394-B 转移到 AK394-A 中混合溶解待用; 用不完的试剂分装后-20℃保存, 禁止反复冻融;
- 将工作液置于 37℃预热 5 分钟;
- 样本测定 (在 1ml 石英比色皿加入下列试剂)

试剂名称	测定管 (μL)	空白管 (μL)
样本	50	
蒸馏水		50
工作液	950	950

加入工作液即开始计时, 立即混匀, 于 340nm 处测定 10s 时的吸光值 A1, 迅速置于 37℃水浴或培养

箱 1min, 拿出迅速擦干测定 1min 10s 时的吸光值 A2, 计算 ΔA 测定管=A2 测定 -A1 测定, ΔA 空白管=A2 空白-A1 空白, $\Delta A=\Delta A$ 测定管- ΔA 空白管 (空白管只需做 1-2 次)。

GCDH 活性计算:

1. 按样本蛋白浓度计算

单位定义: 每 mg 组织蛋白每分钟生成 1nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

$$GCDH (\text{U/mg prot}) = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\varepsilon \times d) \times 10^9] \div (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}}) \div T = 3215 \times \Delta A \div C_{\text{pr}}$$

2. 按样本鲜重计算

单位定义: 每 g 组织每分钟生成 1 nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

$$GCDH (\text{U/g 鲜重}) = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\varepsilon \times d) \times 10^9] \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{总}}) \div T = 3215 \times \Delta A \div W$$

3. 按细菌或细胞密度计算

单位的定义: 每 1 万个细菌或细胞每分钟生成 1 nmol NADH 定义为一个酶活力单位。

$$GCDH (\text{U}/10^4 \text{ cell }) = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\varepsilon \times d) \times 10^9] \div (500 \times V_{\text{样}} \div V_{\text{总}}) \div T = 6.43 \times \Delta A$$

注: $V_{\text{反总}}$: 反应体系总体积, $1 \times 10^{-3} \text{ L}$; ε : NADH 摩尔消光系数, $6.22 \times 10^3 \text{ L/mol/cm}$; d : 比色皿光径, 1 cm ;

$V_{\text{样}}$: 加入样本体积, 0.05 mL ; $V_{\text{总}}$: 加入提取液体积, 1 mL ; T : 反应时间, 1 min ; C_{pr} : 样本蛋白质浓度, mg/mL ; W : 样本质量, g ; 500 : 细菌或细胞总数, 500 万。

※ 蛋白定量检测建议使用本公司: BCA Protein Assay Kit ([C05-02001](#))