



亮氨酸氨基肽酶活性检测试剂盒

LAP Assay Kit

可见分光光度法

产品编号: AK386V

产品规格: 50T/48S

产品组成及保存条件:

编号	规格	储存条件
ES386	50mL×1 瓶	4℃保存;
AK386-A	40mL×1 瓶	4℃保存;
AK386-B	粉剂×1 瓶	-20℃保存;

※ 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

简介:

意义: 亮氨酸氨基肽酶 (Leucine Aminopeptidase, LAP) 是一类能水解肽链 N-末端为亮氨酸的酶, 广泛存在于肝、肾、胰等组织中, 尤其以肝脏中含量最为丰富。各类肝病患者因肝细胞损伤, 血清 LAP 的活性均有不同程度的升高, 因此, 血清 LAP 活性的检测能从不同侧面反映各种肝病的发生和发展。

原理: LAP 分解 L-亮氨酰对硝基苯胺生成对硝基苯胺, 后者在 405nm 有最大吸收峰, 通过测定吸光值升高速率来计算 LAP 活性。

自备用品:

可见分光光度计、台式离心机、水浴锅、可调式移液器、1mL 玻璃比色皿、研钵、冰和蒸馏水。

样本的前处理:

1. 细菌、细胞样品的制备: 细菌或培养细胞: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 按照细菌或细胞数量 (10⁴ 个): ES386 体积 (mL) 为 1000~5000: 1 的比例 (建议 2000 万细菌或细胞加入 1mL ES386), 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 20% 或 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 8000g 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。
2. 组织样品的制备: 按照组织质量 (g): ES386 体积 (mL) 为 1:5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织, 加入 1mL ES386), 进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。
3. 血清 (浆) 样品: 直接检测。

测定步骤:

1. 分光光度计预热 30min 以上, 调节波长至 405nm, 蒸馏水调零。
2. 将 AK386-B 转移至 AK386-A 中充分溶解 (如较难溶解, 可 50℃水浴加热约 50min 促进溶解); 在 37℃ (哺乳动物) 或 25℃ (其它物种) 水浴 10min 以上; 用不完的试剂分装后-20℃保存, 禁止反复冻融。
3. 在 1mL 玻璃比色皿中加入 250μL 样本和 750μL AK386-A, 混匀后立即记录 405nm 处初始吸光值 A1 和 2min 后的吸光值 A2, 计算 $\Delta A = A2 - A1$ 。

注意事项: 若 ΔA 大于 0.5, 需将酶液用提取液稀释, 计算公式中乘以相应稀释倍数。使 $A2 - A1$ 小于 0.5, 可提高检测灵敏度。

LAP 活力单位的计算:

1. 血清 (浆) LAP 活力的计算:

单位的定义: 每 mL 血清 (浆) 每分钟生成 1 nmol 的对硝基苯胺定义为一个酶活力单位。

$$LAP (\text{U/mL}) = [\Delta A \times V \text{ 反总} \div (\varepsilon \times d) \times 10^9] \div V \text{ 样} \div T = 205.8 \times \Delta A$$

2. 组织、细菌或细胞中 LAP 活力的计算：

（1）按样本蛋白浓度计算：

单位的定义：每 mg 组织蛋白每分钟生成 1 nmol 对硝基苯胺定义为一个酶活力单位。

$$LAP (U/mg\ prot) = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}}) \div T = 205.8 \times \Delta A \div C_{\text{pr}}$$

（2）按样本鲜重计算：

单位的定义：每 g 组织每分钟生成 1 nmol 对硝基苯胺定义为一个酶活力单位。

$$LAP (U/g\ 鲜重) = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{总}}) \div T = 205.8 \times \Delta A \div W$$

（3）按细菌或细胞密度计算：

单位的定义：每 1 万个细菌或细胞每分钟生成 1 nmol 对硝基苯胺定义为一个酶活力单位。

$$LAP (U/10^4\ cell) = [\Delta A \times V_{\text{反总}} \div (\epsilon \times d) \times 10^9] \div (2000 \times V_{\text{样}} \div V_{\text{总}}) \div T = 0.103 \times \Delta A$$

注：V_{反总}：反应体系总体积，1×10⁻³ L；ε：对硝基苯胺摩尔消光系数，9.72×10³ L / mol / cm；d：比色皿光径，1cm；V_样：加入样本体积，0.25 mL；V_总：加入提取液体积，1 mL；T：反应时间，2 min；C_{pr}：样本蛋白质浓度，mg/mL；W：样本质量，g；2000：细菌或细胞总数，2000 万。

※ 蛋白定量检测建议使用本公司：BCA Protein Assay Kit ([C05-02001](#))