



微信公众号

 400-901-9800

 sales@bioss.com.cn

 techsupport@bioss.com.cn

氨基比林-N-去甲基酶活性检测试剂盒

AND Assay Kit

可见分光光度法

产品编号：AK524V
产品规格：50T/24S
产品组成及保存条件：

编号	规格	储存条件
AK524-A	粉剂×1 瓶	4℃保存；临用前加 50mL 蒸馏水充分溶解。
AK524-B	55ml×1 瓶	4℃保存；
AK524-C	粉剂×1 瓶	4℃避光保存；临用前加入 2.6 mL 无水乙醇，充分溶解。
AK524-D	粉剂×1 瓶	4℃保存；临用前加入 2.6 mL 蒸馏水，充分溶解。
AK524-E	粉剂×1 瓶	室温保存；临用前加蒸馏水 10mL 充分溶解。
AK524-F	10ml×1 瓶	室温保存；
AK524-G	25ml×1 瓶	4℃保存；
AK524-标准液	1ml×1 瓶 (5mmol/L)	-20℃保存。临用前取 1.5 mL EP 管，加入 10μl 标准液，再加 990μl 蒸馏水，混匀即为 0.05 mmol/L 标准甲醛溶液，4℃保存。

※ 正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

简介：

意义：细胞色素 P450 酶是一组在外源物质代谢中，尤其是药物和毒物，具有重要作用的酶系。氨基比林-N-脱甲基酶 (Aminopyrine-n-demethylase, AND) 作为 P450 酶系的重要一员，相当于 CYP3A4 亚型，与药物的去甲基化反应密切相关。

原理：AND 催化氨基比林释放甲醛，通过 Nash 比色法测定甲醛含量，即可计算出 AND 活性。

自备用品：

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿、普通离心机、超速离心机、水浴锅、可调式移液枪、蒸馏水、无水乙醇和冰。

粗酶液提取：

- 除去细胞核和线粒体等：**称约 0.5g 组织，加入 1 mL 4℃预冷的 AK524-A，冰上充分研磨，10 000g 4℃离心 30min，取上清液转入超速离心管。
- 粗制微粒体：**4℃，100 000g，离心 60min，弃上清液。
- 除血红蛋白等杂质：**向步骤 2 的沉淀中加 1 mL AK524-A，盖紧后充分震荡溶解，100 000g 离心 30min，弃上清液。
- 最终微粒体：**向步骤 3 的沉淀中加 AK524-B 0.5 mL，盖紧后充分震荡溶解，4℃保存待测。
- 该待测液需当天使用。**

测定步骤：

- 分光光度计预热 30 min，调节波长到 412 nm，蒸馏水调零。
- AK524-B 在 37℃水浴中预热 30min。
- 取 EP 管依次加入下列试剂：

	对照管 (μL)	测定管 (μL)	标准管 (μL)
提取液	50	50	
AK524-B	850	850	
AK524-C	50	50	

蒸馏水	50		
AK524-D		50	
混匀后置于 37℃水浴保温 30min；立即加入			
AK524-E	175	175	
混匀后置于冰浴中 5min；取出后加入			
AK524-F	175	175	
混匀后室温静置 5min；室温 8000rpm 离心 5min；取新的 EP 管，加入			
上清液	500	500	
标准品			500
AK524-G	500	500	500
混匀后 60℃水浴 10min，然后取出，用冷水冷却 5min，于 412nm 测定光吸收，分别记为 A 对照管、记为 A 测定管、A 标准管。			

注：每个样品都需要做对照管，标准管只需做 1-2 次。

AND 活性计算公式：

1. 按蛋白浓度计算

活性单位定义：37℃中每分钟每毫克蛋白催化产生 1nmol 甲醛为 1 个酶活单位。

AND 活性 (U/mg prot)

$$= C \text{ 标准品} \times V \text{ 标准品} \times (A \text{ 测定管} - A \text{ 对照管}) \div A \text{ 标准管} \times \text{稀释倍数} \div (Cpr \times V \text{ 样}) \div T$$

$$= 45 \times (A \text{ 测定管} - A \text{ 空白管}) \div A \text{ 标准管} \div Cpr$$

2. 按样本鲜重计算

活性单位定义：37℃中每分钟每克样品催化产生 1nmol 甲醛为 1 个酶活单位。

AND 活性 (U/g 鲜重)

$$= C \text{ 标准品} \times V \text{ 标准品} \times (A \text{ 测定管} - A \text{ 对照管}) \div A \text{ 标准管} \times \text{稀释倍数} \div (W \times V \text{ 样}) \div T$$

$$= 45 \times (A \text{ 测定管} - A \text{ 对照管}) \div A \text{ 标准管} \div W$$

注：C 标准品：0.05 mmol/L=50000nmol/L；V 标准品：500μL=0.0005 L；稀释倍数：V 反总÷V 上清液= (50+850+50+50+175+175) ÷500=2.7；Cpr：粗酶液蛋白质浓度 mg/mL，需要另外测定，建议使用本公司 BCA 蛋白质含量测定试剂盒；V 样：加入粗酶液体积，50μL=0.05mL；W：样本质量，g；T：反应时间，30min。

※ 蛋白定量检测建议使用本公司：BCA Protein Assay Kit ([C05-02001](#))

注意事项：

1. 粗酶液需在当日完成测定，如需保存，则向粗酶液提取步骤 3 的沉淀中加 0.5ml 20%的甘油，分装后-80℃保存；
2. AK524-C 和 AK524-D 需临用前配制，如当天没有用完，4℃避光保存，可用 1 周；
3. 粗酶液可直接用于蛋白浓度测定，建议用 BCA 法测蛋白含量。